



pH 计电极保护液

产品简介:

pH 计电极经过长期酸碱腐蚀或保存于不恰当的溶液中, 容易产生老化现象。NOVON pH 计电极保护液可以很好的保护 pH 计电极。

产品组成:

| 名称 | SS0971 | SS0972 | 保存条件 |
|-----------|--------|--------|------|
| pH 计电极保护液 | 50ml | 100ml | RT |
| 使用说明书 | 1 份 | | |

操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般用超纯水彻底清洗电极后, 浸泡于 pH 计电极保护液。使用电极时, 应先用超纯水彻底清洗电极, 再进行 pH 的测量。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 36 个月有效。